

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯燕霞	
	职称: 主任检验师	
	工作单位: 临夏州质控中心	
项目信息	项目名称: 临夏回族自治州人民医院GE RevolutionCT维保服务项目	
	供应商名称: 西安智健医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	GE的RevolutionCT是高端能谱CT,球管是CT的核心部件,临床检查影像及临床功能的应用需要原厂匹配的球管的支持。采购方要求球管小焦点(perIEC 60336/2005) $\leq 1.0\text{mm} \times 0.7\text{mm}$,大焦点perIEC 60336/2005 $\leq 1.6\text{mm} \times 1.2\text{mm}$,超大焦点perIEC 60336/2005 $\leq 2.0 \times 1.2$,而原厂匹配的设备能满足此要求,且性能稳定,质量安全可靠,维修服务保障好,故建议采购方进行单一来源方式采购。	
专业人员签字	冯燕霞	日期: 2022年8月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张瑾	
	职称: 副高	
	工作单位: 临夏州疾控中心	
项目信息	项目名称: 临夏回族自治州人民医院GE Revolution CT维保服务项目	
	供应商名称: 西安智健医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	GE Revolution CT是美国GE公司原装进口产品,是高端能谱CT。本项目要求提供投标型号球管的原版技术白皮书(DATA SHEET),且以下应标参数均以此技术白皮书为准:阳极热容量:4.1MJ;焦点数另:≥三个。原厂匹配的设 备能满足此要求,且进口设备性能相对稳定,故障率低,售后服务保障好,故建议采用单一来源采购方式购置原装球管。	
专业人员签字	张瑾	日期 22年8月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马腾	
	职称: 副高	
	工作单位: 临夏市人民医院	
项目信息	项目名称: 临夏州医院GE CT维保服务项目	
	供应商名称: 西安智健医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	GE Rev0 Lutzon CT是美国GE公司原装进口产品,是高端能谱CT.球管是CT机的核心部件,要求球管与原整机生产厂家一致,兼容性好.后期设备使用中,图像质量好,故障发生率,故建议采用单一来源采购方式购置同一品牌球管.	
专业人员签字	马腾	日期 2022年 8月 24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专家签到表

姓名	工作单位	专业	技术职称	专家签字
冯燕霞	临夏州疾控中心	流行病学	主任医师	冯燕霞
张瑾	临夏州疾控中心	微生物检验	副主任医师	张瑾
马鹏	临夏市医院	影像	副高	马鹏