项目说明及要求

- 1、供应商必须仔细阅读本询价文件的全部条文。对于询价文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处,或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚,认为存在歧视、限制的情况,供应商应按照规定向采购代理机构寻求书面澄清。
- 2、供应商所报价格应该包括项目所有货物内容,供应商应按照生产厂家的 出厂标准供货,供应商所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新 产品,并以此标准进行验收;报价方在提供验收报告的同时必须提供该设备的合 格证。
- 3、货物必须为合格产品,质量达到国家有关标准,供应商供货时须提供有 关货物(包括原材料、燃料、设备、产品等)的合格证明材料、详细技术资料和 检测报告等。
- 4、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合需求规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后,在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
- 5、当询价文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时,应以国家标准或者行业标准等为准。

二、采购具体参数

	· /1-/-4/ · 11 / /	· _	
序号	物资名称		数量
1	一次性医用防护服	符合 GB19082-2009 标准要求,非织造布加工制成,型号连身式,规格 175-180	3800
2	一次性手术衣	GB 15980-1995《一次性使用医疗用品卫生标准》 YY/T0506-2019《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣制定 标准》;反穿式,蓝色,规格 170-175,独立包装,环氧乙烷灭 菌。	2000

3	一次性医用橡 胶外科手套	GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套技术要求》;型号7.5,独立包装,50-100付/盒,环氧乙烷灭菌。	6500
4	一次性医用卫 生帽	YYT/1642-2019, 《医用一次性卫生帽技术要求》; 圆顶型, 大号, 10-20 个/包。	
5	医用隔离面罩	符合 GB 14866-2006 要求	
6	一次性医用隔 离鞋套	YYT/1633-2019	
7	75%酒精	500ml/瓶	100
8	一次性医用外 科口罩	YY/T0969-2013,《医用一次性口罩技术要求》; 耳挂平面型17.5*9.5cm,单片包装,环氧乙烷灭菌。	
9	医用防护口罩 (N95)	符合 GB19083-2010	
10	立式测温仪	红外线测温仪立式, 0.5S 快速测温, 语音播报, 超温报警	10

三、交货地点一览表

序号	物资名称	平度校区(数量)	城阳校区(数量)	备注						
1	一次性医用防护服	800	3000							
2	一次性手术衣	1000	1000							
3	一次性医用橡胶外科手套	1500	5000							
4	一次性医用卫生帽	1000	2000							
5	医用隔离面罩	100	1500							
6	一次性医用隔离鞋套	/	1500							
7	75%酒精	/	100							
8	一次性医用外科口罩	/	20000							
9	医用防护口罩(N95)	400	2000							
10	立式测温仪	10	/							