

第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

为了更加规范采购医用耗材，最大限度降低医用耗材采购成本，为临床提供更优质、性价比更高的医用耗材，兴文县人民医院拟采购一批医疗耗材。本项目所采购的耗材数量为履约期内根据采购人要求据实提供的数量为准。本项目允许相同品牌参与磋商。

二、项目清单及

第二包：

序号	标的名称	单位	最高限价(元)	技术参数
1	绝对技术微球试剂盒	盒	4527	▲1、适用范围：用于确定人全血样本中的淋巴细胞、淋巴细胞亚群以及 CD34+细胞器的百分计数及绝对技术。 ★2、规格：200 测试/盒。 ★3、该试剂与贝克曼库尔特生物科技（江苏）有限公司生产的，型号 Dx FLEX，流式细胞仪配套使用，属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台内目录，能执行全省医疗机构上月最低采购价。
2	细胞质控品	盒	4480	▲1、适用范围：产品作为阳性对照细胞，与全血样品处理方式相同，因此可以检验靶细胞染色、红细胞溶解、以及用流式细胞仪分析样品时所用试剂的性能及方法。 ★2、规格：60 测试/盒。 ★3、该试剂与贝克曼库尔特生物科技（江苏）有限公司生产的，型号 Dx FLEX，流式细胞仪配套使用，属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台内目录，能执行全省医疗机构上月最低采购价。
3	质控微球	支	6049	▲1、适用范围：机器质控检查仪器状态。 ★2、规格：2ML/支。 ★3、该耗材与贝克曼库尔特生物科技（江苏）有限公司生产的，型号 Dx FLEX，流式细胞仪配套使用。

4	流式管	根	1.8	<p>▲1、适用范围：装上样的样本或者清洗液、纯水等使用。</p> <p>★2、该耗材与贝克曼库尔特生物科技（江苏）有限公司，型号为 Dx FLEX 的流式细胞仪配套使用。</p>
5	清洗液	桶	1100	<p>▲1、适用范围：用于清洗液流式细胞仪。</p> <p>★2、规格：5L/桶。</p> <p>★3、该耗材与贝克曼库尔特生物科技（江苏）有限公司生产的，型号 Dx FLEX，流式细胞仪配套使用。</p>
6	灭菌滤芯吸头	盒	28	<p>▲1、使用范围：移液吸头是专门为移液枪进行定量移取操作设计的生物耗材。根据移液枪的分类和实验场景的不同，移液吸头分为不同量程的标准吸头、加长吸头、低吸附吸头等。</p> <p>★2、规格：250ul；96支/盒。</p> <p>★3、与耐优生物技术【嘉兴】有限公司），型号（N96-2004S）移液工作站匹配，经高压蒸汽灭菌（121℃ 20分钟），仍保持良好的透明度、垂直度、移液准确度。</p>

三、配送服务要求（各包适用）

▲1. 配送数量、品种、配送时间：按采购人的实际需求进行配送，若有加急配送需求，需全力配合。

▲2. 其他服务：负责所配送产品的设备设施相关的维修、维护、保养服务，确保相关的产品正常运行。

▲3. 配送的产品名称、规格、包装、组成成分等须与卫生行政部门公布的挂网信息完全一致。保证医疗耗材质量，保证医疗耗材合法、正规的采购渠道，杜绝假劣医疗耗材流入医疗机构。供应商所配送的产品，需满足医院临床使用要求以及国家标准要求。（供应商需在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）

▲4. 配送过程应保障医疗耗材的质量，及时、足量供应。保证医疗耗材的储备量，保障特殊疾病病人的紧急产品需求。

▲5. 本次采购的医疗耗材在配送过程中需按采购人要求提供，否则采购人有权拒收。

▲6. 配送企业应在 2 个小时内响应本医院的订单，并严格按照合同或协议组织货源，履行配送义务。

▲7. 供应商必须按照采购合同保证医疗耗材供应，及时满足采购人的采购需要。医院发出需求计划后，3 个工作日内必须送达，特殊情况 1 个工作日内送到，紧急情况（急救医疗耗材）需立即配送（送达时间最多不超过 2 个小时），节假日照常配送。（供应商需在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章）。

▲8. 在合同有效期内，供应商不得随意更换响应的医疗耗材规格、包装、生产企业等。供应不合格医疗耗材，将按合同进行处罚。

▲9. 供应商需向采购人提供及时有效的临床技术支持，定期对医务人员进行业务培训，培训费用包含在本次报价中。

四、★商务要求（各包适用）

（一）履约时间和地点

1. 履约时间：采购合同签订生效后，按采购人要求完成交货验收，合同每年一签，考核合格后方可续签，服务期限三年。

2. 履约地点：兴文县人民医院。

(二) 合同价款

包括材料、生产制造、包装、运输、现场搬运、入库、检测、保险、培训、风险、利润、招标代理服务费、验收合格交付使用之前等等所有其他有关各项的含税费用。

(三) 付款方式

1. 按月结算，在履约期内根据采购人当月的实际使用量进行据实结算。
2. 供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

(四) 履约验收

1. 验收主体：兴文县人民医院。
2. 验收方式：由采购人内部组织。
3. 验收时间：每批次货到后 2 个工作日内进行验收。
4. 验收程序：为分批验收。
5. 验收标准：严格按照国家及行业的强制性标准，以及本项目磋商文件（或成交供应商响应文件的响应和承诺）进行验收，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）。
6. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合验收标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。
7. 所有涉及第三方产品的采购、安装、调试均由供应商负责完成，并保证其正常运转和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。
8. 与本项目实施有关的一切含税费用包含但不限于本项目整体的运输、搬运、仓储、安装、调试、税费、保险、代理、培训，均包含在总报价中。
9. 交货时应提供的技术资料
 - 9.1 提供配套产品使用说明书。
 - 9.2 提供产品质量合格证明性文件。
 - 9.3 其它相关技术资料。

(五)违约责任

1. 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定,保证采购合同的正常履行。

2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3. 供应商必须遵守采购合同按时完成合同相关工作,若由于供应商原因导致合同迟延履行,供应商应承担采购合同中约定的违约金。

4. 有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

4.1 因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因,致使合同实质性条款无法实现的);

4.2 当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

4.3 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

4.4 法律规定的其他情形。

(六)、其他要求

1.采购合同签订时间: 供应商中选后,自中选通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。

2.供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(应在磋商文件中提供承诺函进行响应,格式自拟)。

3.若因政策调整,包括但不限于以下因素:四川省卫生健康委员会要求全省公立医疗机构采购的医用耗材纳入省药械采购平台,实行价格联动平台采购管理,并对采购目录及价格进行动态调整。供应商对采购人所采购的耗材,在价格联动平台有同类别挂网产品的,须提供挂网产品,若供应商供应的耗材未被纳入省药械采购平台,则采购人有权从其他渠道采购该类耗材,双方均不算违约;若供应商提供的耗材在供应期间纳入省药械采购平台,供应商对采购人的供货价格不得高于网上平台的最低价,否则采购人有权取消供应商的配送资格。若供应商的耗材纳入省药械采购平台并向采购人供货,则付款方式按相应规定执行。若因政策调整或不可抗拒的因素,导致不能继续合作的,采购人有权终止与供应商合作。

3. 采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息,对于未按照磋商文件及磋商响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书,并要求供应商限期整改,并根据违约情况扣除 1000 元/次的履约保证金。

4. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

5. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受采购人的监督。

6. 供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品。供应商不得以次充好,产品来源渠道必须合法,同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。供应商所提供的货物若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或产生更换或补货等情形并导致工期延误,采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

7. 涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

注意：本章中“▲”号的条款为本次采购项目的重要技术参数要求,在综合评分明细表中进行打分。带“★”号条款为实质性要求,供应商若未满足的,将被视为无效响应。