



成都东部新区石盘社区卫生服务中心增设 重症监护病床设备提升采购项目

采购编号：SCWZDL-202301-SPSQJJ01

紧急采购文件

采购人：成都东部新区石盘社区卫生服务中心

采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

2023 年 01 月

目 录

第一章 紧急采购邀请	2
第二章 供应商须知	5
第三章 响应文件格式	11
第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	24
第五章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款	26
第六章 评审办法	35
第七章 紧急采购合同（草案）	38

代理机构廉洁自律书

为进一步规范采购活动的行为，保证采购活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，维护公平竞争的采购市场环境，在参与本次采购事务过程中，我公司廉洁承诺如下：

一、坚持公开透明、公平竞争、公正、诚实信用原则，严格遵守相关法律法规及国家有关廉洁规定，按照委托代理协议的约定办理采购事宜，规范代理行为，恪守职业道德，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和采购活动相关当事人的合法权益。

二、公司员工遵纪守法，杜绝以不正当手段争取、承揽代理采购活动事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。

三、公司员工自觉抵制商业贿赂，防止规定特定条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇等行为发生，防止泄露标底或透露对供应商的评审有关情况、成交候选供应商的推荐情况以及有关商业秘密、与供应商或采购单位恶意串通等损害国家利益、社会公共利益和采购活动相关当事人合法权益行为发生。

四、公司员工不接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不接受供应商报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂。不参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。不与供应商存在恶意串通的行为。

五、公司员工不在供应商单位兼职和任职，与供应商不存在商业上的利害关系，不泄漏采购活动过程中的机密，不区别对待供应商，共同维护采购环境。

任何单位及个人如发现以上情况，可向我公司反映：

联系电话：028-85446608-8869

公司公众号二维码：



公司网站二维码：



第一章 紧急采购邀请

四川五洲招标代理有限公司受成都东部新区石盘社区卫生服务中心委托，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急需求，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15号）、《关于印发做好医疗资源准工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112号）、《关于印发依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕126号）、《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕116号）的要求拟对“成都东部新区石盘社区卫生服务中心增设重症监护病床设备提升采购项目”进行紧急采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购编号：SCWZDL-202301-SPSQJJ01

二、项目名称：成都东部新区石盘社区卫生服务中心增设重症监护病床设备提升采购项目

三、资金来源：已落实。

四、项目简介：本项目共1个包，采购内容：详见第五章。

五、供应商参加本次紧急采购，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1. 供应商应具备下列条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据本项目提出的特殊条件：

2.1 供应商为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表（仅限医疗器械适用）。

2.2 报价产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（仅限医疗器械适用）。

2.3 本项目不接受联合体参与。

六、紧急采购文件获取时间、地点及售价：

1. 紧急采购文件获取时间期限：自公告发布之日起至 2023 年 01 月 13 日 17:00（北京时间）。

2. 发售方式及地址：凡有意参加本项目者，在本项目紧急采购文件获取时间期限内，请登录网址（<http://www.scwzzbd1.com>）进行注册后报名，网上注册及报名咨询联系电话：028-85446608/028-85445511 转 8002。注册成功后进入项目采购公告点击报名，具体流程详见“报名操作指南”。报名成功即可在该网站下载项目的紧急采购文件。

3. 紧急采购文件技术服务费：150 元/份（报名资格不能转让）。

七、响应文件递交截止时间和紧急采购时间（开标时间）：2023 年 01 月 14 日 11 时 00 分（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间内送达采购地点（开标地点）。逾期送达或者未按照紧急采购文件要求密封的响应文件恕不接受。

八、采购地点（开标地点）：成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 区 415 房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。

九、本次紧急采购邀请在“中国政府采购网”上以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：成都东部新区石盘社区卫生服务中心

地址：成都东部新区石盘街道银定街 20 号

联系人：张老师

联系电话：028-27322900

采购代理机构：四川五洲招标代理有限公司

地址：成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 区 415 房

联系人：艾女士

联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810

第二章 供应商须知

一、供应商须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	成都东部新区石盘社区卫生服务中心
2	采购代理机构	四川五洲招标代理有限公司
3	采购项目名称	成都东部新区石盘社区卫生服务中心增设重症监护病床设备提升采购项目
4	采购编号	SCWZDL-202301-SPSQJJ01
5	紧急采购文件编制	由成都东部新区石盘社区卫生服务中心和四川五洲招标代理有限公司共同编制（本项目按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知》（川财采〔2020〕15号）、《关于印发做好医疗资源准工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112号）、《关于印发依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕126号）、《关于印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕116号）的要求拟对“成都东部新区石盘社区卫生服务中心增设重症监护病床设备提升采购项目”进行紧急采购）。
6	资金来源	财政资金，已落实。
7	采购预算 (实质性要求)	35.8万元。超过采购预算的报价为无效响应。
	最高限价 (实质性要求)	35.8万元。超过最高限价的报价为无效响应。
8	低于成本价不正当竞争预防措施	1. 在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他

序号	条款名称	说明和要求
	(实质性要求)	通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。 2. 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4. 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。
9	采购方式	紧急采购
10	评审方法	综合评分法
11	评审情况公告	评审结果将在“中国政府采购网”上予以公告。
12	递交响应文件地点	成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司开标厅。
13	考察现场、标前答疑会	采购人认为有必要，另行书面通知。
14	供应商对紧急采购文件提出质疑的时间	本项目采购时间（开标时间）前。
15	构成紧急采购文件的其他文件	紧急采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为紧急采购文件的有效组成部分。
16	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起 90 天

序号	条款名称	说明和要求
17	响应保证金	本项目不收取响应保证金。
18	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
19	响应文件份数	正本一份，副本一份，电子文档（光盘或U盘）一份（制作参考：将已按照紧急采购文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的响应文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本）。
20	紧急采购文件、评审工作咨询	联系人：艾女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810
21	成交通知书领取	成交公告在“中国政府采购网”上公告后，成交供应商凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取成交通知书。 联系人：徐女士 联系电话：028-85045522-8858 地址：四川五洲招标代理有限公司（成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房）
22	供应商询问、质疑	供应商询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司负责答复。 联系人：艾女士 联系电话：028-85446608、85445511、85045522-8810
23	供应商投诉	投诉受理单位：采购人纪检部门。
24	采购合同公告备案	采购人将按规定进行采购合同公告备案。
25	备选响应方案和报价	本次采购不接受备选响应方案和多个报价。
26	紧急采购递交响应文件的要求	供应商在响应文件递交截止时间内将响应文件密封递交至采购地点（开标地点）。如供应商准备时间不足，可在规定时间通过快递递交响应文件，采购代理机构以快递送达自采购地点（开标地点）时间为准，如因快递延误导致响应文件未在规定时间内送达，后果由供应商自行承担。

序号	条款名称	说明和要求
27	采购代理服务费	本项目按定额 6000 元收取,由成交供应商承担采购代理服务费,在领取成交通知书前向采购代理机构交纳。 收款单位:四川五洲招标代理有限公司 银行帐号:320 220 102 200 057 000 16 开户银行:成都银行金府路支行

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本紧急采购文件仅适用于本次紧急采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购活动的采购人是成都东部新区石盘社区卫生服务中心。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的代理机构是四川五洲招标代理有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“招标代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了紧急采购文件拟参加采购和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

3.1.1 符合本紧急采购文件规定的供应商资格条件；

3.1.2 向采购代理机构购买了紧急采购文件并登记备案；（实质性要求）

3.1.3 参考《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）；（实质性要求）

3.1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通参与，其报价无效：（实质性要求）

3.1.5.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.1.5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理紧急采购事宜；

3.1.5.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.1.5.4 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3.1.5.5 不同供应商的响应文件相互混装；

3.1.5.6 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出（如涉及）。

4. 参与费用（实质性要求）

供应商参加紧急采购的有关费用由供应商自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制紧急采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为紧急采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

第三章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

注：

响应文件提供正本一份，副本一份，电子文档（光盘或U盘）一份（制作参考：将已按照紧急采购文件要求完成制作、盖章、签署、逐页编码后的响应文件正本，从封面开始逐页扫描后形成的PDF完整版本）。

一、承诺函

致：四川五洲招标代理有限公司

我公司作为本次紧急采购项目的供应商，根据紧急采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、我公司具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据本项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目紧急采购文件中规定的实质性要求，如对紧急采购文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对紧急采购文件有异议的同时又参加紧急采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次紧急采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目紧急采购的供应商。

四、参加本次紧急采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我司完全同意紧急采购文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

八、我单位同意因采购紧急，先期提供产品清单和报价，后期再服务前补齐紧急采购文件要求的其他材料。

九、我方为承诺响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 90 天。

十、我方完全理解采购人不一定接受最低的报价。

十一、如果我方成交，我方保证按照紧急采购文件的规定向贵方交纳采购代理服务费。

十二、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与紧急采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

二、法定代表人授权书

四川五洲招标代理有限公司：

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（采购编号：_____）；紧急采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关紧急采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

供应商名称（盖单位公章）：

日 期：

注：

1. 法定代表人不参与紧急采购活动而委托代理人参与紧急采购活动适用。
2. 附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖供应商公章。

三、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____系_____（供应商名称）的法定代表人（职务：_____ 电话：_____）。

特此证明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

供应商名称（盖单位公章）：

日 期：

注：

1. 法定代表人参与而非委托代理人参与适用。

2. 附法定代表人身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）

加盖供应商公章。

四、开标一览表

项目名称：_____

采购编号：_____

序号	采购内容	制造商家及规格型号	单价 (万元)	总价 (万元)	交货时间 (交货期)	交货地点	备注
报价合计（万元）：			大写：				

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括配送运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、完成本项目所需的全部费用和紧急采购文件规定的其它费用。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

五、分项报价明细表

项目名称：_____ 采购编号：_____

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
分项报价合计（元）：_____ 大写：_____								

注：

1. 供应商按“分项报价明细表”的格式详细报出报价总价的各个组成部分的报价。
2. “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

六、供应商基本情况表

项目名称：_____ 采购编号：_____

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

七、技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款响应表

项目名称：_____

采购编号：_____

序号	紧急采购文件条目号	紧急采购文件条款	响应文件条款	响应/偏离

注：

1. 供应商必须把紧急采购文件第五章中第二部分、第三部分对应的全部内容和要求逐条进行应答。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或成交资格。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

八、制造商家授权书（参考）

四川五洲招标代理有限公司：

_____（制造商家名称）是在_____（国名）依法登记注册的，其厂址现在_____。

_____（被授权公司名称）是在_____（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在_____。

_____（制造商家名称）授权_____（被授权公司名称）为我方制造的_____品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“_____”项目（采购编号：_____）的报价，全权处理与该产品报价的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次紧急采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担紧急采购文件中所规定的义务。

授权单位名称（盖单位公章或电子印章）：

被授权单位名称（盖单位公章或电子印章）：

授权日期：

附：授权销售产品清单(格式自拟)

注：

供应商也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应加盖供应商单位的公章或电子印章。

九、关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

本单位郑重承诺，根据国家相关强制采购范围内产品的相关文件和规定。如在本项目采购需求中涉及，本单位特此承诺在响应文件中所提供的产品均在国家规定的相关强制采购范围要求内。并承诺在交货前提供相关的证明材料。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

十、供应商廉洁承诺

XXXX（采购代理机构名称）：

本单位 XXXX（供应商名称）参加 XXXX（项目名称）的采购活动，并已知晓限制性供应商的要求，现本单位郑重承诺如下：

1. 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家有关廉洁规定。
2. 不向采购人工作人员、采购代理机构人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人、采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人、采购代理机构及其工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人及采购代理机构；不为采购人、采购代理机构工作人员及其亲属经商办企业提供方便。
3. 不向采购人、采购代理机构工作人员询问违反法律法规的评审情况或施加任何影响。不通过中介公司或任何单位、个人向采购人、采购代理机构工作人员打招呼，施加压力。不诋毁政府采购活动中任何一方的名誉。
4. 我单位承诺不会存在政府采购及其他法律法规禁止的以下情形：
 - 4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - 4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应（报价）事宜；
 - 4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
 - 4.5 不同供应商的响应文件相互混装；
 - 4.6 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；
 - 4.7 政府采购及其他相关法律法规禁止的情形。

我单位对上述承诺内容事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意承担相关法律责任及其受其影响而产生的经济赔偿、利益损失的责任。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

十一、其他材料（格式自拟）

项目名称：_____

采购编号：_____

（格式自拟）

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

第四章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、供应商应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

（一）供应商应具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

1.1 独立法人机构提供下述证明材料：

营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照副本复印件（有效期内）。

1.2 其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

供应商自行提供或提供承诺函原件。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

供应商自行提供或提供承诺函原件。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商自行提供或提供承诺函原件。

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

（二）根据本项目提出的特殊条件：

1. 供应商为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表（仅限医疗器械适用）：

提供有效证件复印件。

2. 报价产品需具有符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证（仅限医疗器械适用）：

提供有效证件复印件。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1. 法定代表人身份证复印件或护照复印件（注：法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供））。

2. 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加紧急采购活动的，则可不提供）。

3. 法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加紧急采购活动的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件（身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用））上姓名一致）。

说明：

1. 本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

第五章 本项目技术、服务、采购履约主要条款 及其他要求条款

第一部分：项目清单（实质性要求）

序号	设备名称	单位	数量	最高限价 (总价：万元)
1	转运呼吸机	台/套	1	7
2	床旁监护仪	台/套	2	7.1
3	输液泵	台/套	2	0.7
4	除颤监护仪	台/套	1	8
5	心电图机	台/套	1	2.5
6	血气分析仪	台/套	1	10.5

第二部分：技术指标

1、设备名称（标的名称）：转运呼吸机

主要配置功能及技术参数要求：

- 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机。
- 驱动方式：气动电控。
- 控制方式：容量控制、压力控制，时间切换。
- ▲显示方式：不小于 5 英寸彩色显示屏。
- 电源：AC100V~240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于 4.5 小时）。
- 具备海拔补偿功能。
- 具备窒息后备通气功能。
- 具备手动通气和吸气保持功能。
- ▲应至少具备以下通气方式：VCV、PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV、CPAP、Manual。
- 潮气量设置范围不小于：0-2000ml。
- 呼吸频率设置范围不小于：1~120bpm。
- ▲可设置屏气时间：0~5s。

13. 压力控制水平：5~50cmH₂O。

▲14. 呼气末正压：0~30cmH₂O。

▲15. 具有流速触发和压力触发功能：压力触发灵敏度：-20cmH₂O ~ 0cmH₂O；流速触发灵敏度：2~30L/min。

▲16. 氧浓度：40%~100%，连续可调。

17. 监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测。

▲18. 呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形。

19. 报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等。

20. 多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池。

21. 多种安装方式：车载、携带、箱式 3 种固定安装方式，符合欧盟 EN1789 车载实验标准。

2、设备名称（标的名称）：床旁监护仪

主要配置功能及技术参数要求：

1、液晶显示屏≥12 英寸。

2、无风扇设计，安静、节能，不影响病人休息，同时降低交叉感染的可能性。

3、监护病人类型包括成人、小儿、新生儿。

4、标配监测参数：心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、呼吸、体温。

5、具有标准界面、呼吸氧合图、趋势共存界面、大字体界面、他床观察界面。

6、至少同时显示 8 道波形；支持七导心电同屏显示以及心电波形级联显示。

7、心电滤波方式至少包括诊断、手术、监护。

▲8、具有三/五导联心电监测功能并可自由切换；心率来源至少包括 ECG、SP02、自动、同时。（提供设备功能演示界面截图证明）

▲9、具有全导联心电监测功能，支持 12 种导联方式。（提供第三方检验报告证明）

10、具有心电校准功能。

▲11、具有独立的成人、小儿、新生儿无创血压检测标称范围和无创血压上下限报警设置范围；无创血压检测误差≤10%或者 8mmHg。（提供第三方检验报告证明）

12、无创血压测量方式至少包括手动、连续、间隔，可存储 ≥ 4800 组血压测量数据。

▲13、血压运动干扰灵敏度 ≥ 4 级可调。（提供设备功能演示界面截图证明）

▲14、具有报警功能和消警功能，可直接通过面板上的“SILENCE(静音)”按键消除报警和恢复报警。（提供第三方检验报告证明）

15、报警事件回顾：

（1）生理报警：所有参数 71 个报警事件及 8、16、32 秒波形回顾。

（2）技术报警：技术报警事件 500 个。

16、具有波形冻结及冻结波形回顾功能。

▲17、具有网络接口：提供网络接口组建中央监护系统。（提供第三方检验报告证明）

▲18、支持记录功能：具有内置记录仪接口，可选配内置记录仪，实现打印功能。（提供第三方检验报告证明）

▲19、产品设计使用年限 ≥ 10 年。（提供设备铭牌照片证明）

3、设备名称（标的名称）：输液泵

主要配置功能及技术参数要求：

1. 适用的输液器：符合标准的所有一次性使用输液器，20d/ml、60d/ml。

▲2. 输液模式： ≥ 5 种输液模式可选（速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式）。

▲3. 触摸屏，全中文操作系统。

▲4. 屏幕：电阻式触摸屏，显示输液器品牌与规格、阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、WIFI 信号、锁屏状态、外接电源、电池电量和充电状态、输注速度、累积量以及启动、停止、快进等触摸按键区。

5. 输液速度范围：0.1-1100.0ml/h，递增：0.1-99.99ml/h（以 0.01ml/h 递增）、100-999.9ml/h（以 0.1ml/h 递增）、1000-1100 ml/h（以 1ml/h 递增）。

6. 输液总量：0-99999.9ml。

7. 预置量范围：0.1-9999ml。递增：0.01ml（0.1-99.99ml）；0.1ml（100-999.9）；1ml（1000-9999ml/h）。

8. 输液精度： $\pm 5\%$ 。

▲9. 可探测 $\geq 25\mu\text{l}$ 的气泡，即可探测最小 25 μl 起泡。

▲10. 药量：可选药量单位 ug、mg、g、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal 等，药量范围：0.01-999999，增量 0.01。

11. 快进操作： ≥ 0.1 -1200ml/h 可调，可同步显示快推量。自动快推可自定义速度，还可预置快推量。
12. KVO 速度：0.1-5.0ml/h，递增 0.01ml/h。
13. 分高、中、低三级声光报警，并同时文字显示报警内容信息，四个压力单位可选（mmHg/kPa/bar/psi）。
14. 具备动态压力监测功能：输液泵运行时能动态指示压力变化。
- ▲15. 输液泵的泵门和止液夹由电动止液夹和电动泵门控制。
16. 具有防重力自由流功能，当泵门打开时，防自由流夹自动关闭防止液体任意流出。
17. Anti-Bolus 功能：阻塞后输液泵自动反转，降低管路压力
18. 输液即将完成的提醒时间：1~30 分钟，可调。
19. 输液过程中无需中断输液就能更改速度。
20. 事件记录功能：可存储 ≥ 2000 个回放事件。
21. 声音音量等级：可调 ≥ 11 级报警音量。
- ▲22. 输液泵内置无线网络模块，可连接输液中央站，具备护士呼叫、语音通话、条码扫描功能。
- ▲23. 每台输液泵重量不超过 1.4kg（含锂电池）。

4、设备名称（标的名称）：除颤监护仪

主要配置功能及技术参数要求：

1. 显示器：不小于 6.5 英寸,彩色高亮度背光 LCD 显示，屏幕有倾斜，便于观察。
- ▲2. 可显示 ECG, SpO₂, EtCO₂ 等波形，支持数字放大，波形冻结。
3. 除颤电流波形：双相波。
4. 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付。
- ▲5. 标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器自检。
- ▲6. 除颤能量： ≤ 300 J， ≥ 12 档能量选择。
- ▲7. 能量及工作模式选择：一体旋钮式,快速，直观。
- ▲8. 快速充电：4 秒内充电到 200J（即使用交流电的情况下），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值。
- ▲9. ECG 波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在 3 秒内恢复。
10. 心电导联：标配三导联，可选配 6 芯心电导联线。
11. 心电共模抑制比： ≥ 100 dB。

▲12. 电容：高性能集合式电容，确保性能稳定。

▲13. 可升级主流法呼吸末二氧化碳：按照 2010AHA 心肺复苏指南的推荐，配置主流法呼吸末二氧化碳测量，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过 5 秒，免加热模块，可液体消毒，耐摔。

14. 可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒。

▲15. 自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。

16. 电池：采用安全性高的环保电池。

▲17. 使用环境：工作温度：-5℃到 45℃。防振动：通过 MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及 MIL-STD-810F 514.5 Category 9 可用于救护车及急救直升机。

▲18. 仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯。

5、设备名称（标的名称）：心电图机

主要配置功能及技术参数要求：

一、基本要求

1.1 本机需同时具备心电信号采集与热敏打印功能。

1.2 十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录 12 道心电波形。

1.3 显示屏≥9.5 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

▲1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

▲1.5 患者信息录入：支持手动、条形码、磁卡读卡器，支持 WORKLIST 快速下载排队预约的患者信息。

1.6 支持 PDF、PNG、HL7、XML、JPG、DICOM 数据格式。

二、性能要求

2.1 A/D 转换：24bit。

2.2 采样率：≥30000Hz。（提供检验报告复印件证明）

▲2.3 频率响应：0.01Hz ~ 330Hz。（提供检验报告复印件证明）

2.4 内部噪声：≤12.5μVp-p。

2.5 时间常数：≥3.2 s。

▲2.6 耐极化电压：±940mV。（提供检验报告复印件证明）

2.7 输入电流：≤0.01 μA。

2.8 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

2.9 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

2.10 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

三、功能要求

3.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集。

3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera 导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

▲3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达 60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

3.5 可同屏显示 12 导同步心电波形，同时支持 3x4、3x4+1R、3x4+3R、6x2、6x2+1R、6x2+3R、12x1 等多种显示布局。

3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

3.8 支持起搏检测功能。

3.9 热敏打印布局：3x4、3x4+1R、3x4+3R、6x2、6x2+1R、6x2+3R、12x1。

3.10 热敏记录纸：折叠纸。

3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥900 例，存储满后机器可循环存储。

3.12 支持 U 盘和 SD 卡直接导出 PDF、JPG、PNG、HL7、DICOM 等格式的报告。

3.13 支持 U 盘、SD 卡的扩容存储。

3.14 支持报告打印预览功能。

3.15 支持波形冻结与波形回顾功能。

3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

▲3.17 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

四、电源

交直流两用且自动转换，电源要求 100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工

作 4 小时以上。

五、配置要求

主机 1 台，导联线 1 条，肢电极 4 个，胸电极 6 个，热敏打印纸 1 本，电源线 1 根，接地线 1 根，其它必要辅件一套。

6、设备名称（标的名称）：血气分析仪

主要配置功能及技术参数要求：

1. 测量项目：血气电解质等 9 个参数, pH、PCO₂、PO₂、Na⁺、K⁺、CL⁻、Ca²⁺、Hct、BP。
2. 计算项目：pH(TC)、PCO₂(TC)、PO₂(TC)、HCO₃、SBC、BE、BE_{ecf}、TCO₂、sO₂%、P50、AG、A-aDO₂、TCa、nCa、R1、THb(c)，测量项目和计算项目≥20 项。
3. 内置不间断电源，断电后满足不低于 2 小时及以上的工作时间。
- ▲4. 同时支持注射器和毛细管测量。
5. 样本量：全血小于等于 150uL，毛细管最低采血量小于等于 50uL。
6. 样品恒温 37±0.2℃。
7. 内置酸碱平衡自动智能分析系统。
8. 样品、试剂预热功能。
- ▲9. 操作界面：≥10.4 英寸 TFT 全中文彩色液晶触摸屏。
10. USB 数据导出功能。
11. 采样针内、外壁自动清洗。
12. LED 背光流路视窗观察窗口。
13. 电极更换门锁设计。
14. 在线液流温度电极监测。
15. 可使用条码扫描仪。
- ▲16. 需配套原厂的血气质控。
17. 带自动质控功能（选配）。
- ▲18. 有人体红外探测功能。
19. 支持外接鼠标、键盘功能。
20. 定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标。
21. 电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极。
22. 进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块。

23. 试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期 $\geq$ 半年，开包后效期 $\geq$ 30 天。
24. 定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间 $\geq$ 4 小时。
25. 分析时间 $\geq$ 20 个样本/小时。
26. 数据管理：RS232 接口、软件管理系统、具备联网功能。
27. 内存：主机可自动储存大于 5000 份历史样本完整信息，存储容量可扩展。
28. 环境温度： $+15^{\circ}\text{C}\sim+30^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 85\%$ 。
29. 电源：宽电源设计 100V-240V $\sim$ ，50Hz/60Hz $\pm 1\text{Hz}$ 。

第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）

1. 交货时间及地点

- 1.1 交货时间：合同签订后 3 日内。
- 1.2 交货地点：采购人指定地点。

2. 报价要求：供应商报价须包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、人员培训、安装及调试、配套附件及其他有关本项目的一切相关费用，验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

3. 付款方法和条件：

- 3.1 验收合格后支付合同金额的 100%。双方根据疫情发展情况协商签订补充事宜。
- 3.2 供应商须向采购方出具合法有效完整的合规发票及相关凭证资料并通过银行转账进行支付结算。结算等所有期间均不计息。

4. 安装调试及验收：

- 4.1 供应商应负责设备安装、调试。
- 4.2 货物到达安装现场后，供应商应接到采购人通知后 2 日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
- 4.3 供应商必须向采购提供货物的全套技术资料，包括厂家产品合格证、中文操作手册、使用说明书、质量保修书、设备安装调试资料、主要零部件目录、备品备件易耗件清单等。
- 4.4 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。配置清单中有特殊培训要求的按照特

殊培训要求执行。

4.5 验收标准严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求、紧急采购文件技术参数、质量要求、技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

4.6 如上述技术参数中有明确的商务要求，以具体技术参数中的要求。

5. 质量保证及售后服务要求：

5.1 质量保证期为自设备经采购人、供应商双方共同签署验收合格证书后的次日算起，整机 ≥ 1 年。

5.2 质保期：供应商应提供原装、未使用过的全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂强制标准。项目整体质量保证期为项目验收合格正常运行后不少于12个月，在此期间内发生的质量问题，由供应商负责更换和维修。采购文件或响应文件中对质保期有特殊要求的按照最优要求执行。

5.3 供应商在质保期内应定期提供预防性保养服务2次/年以上(每半年巡检一次)，质保期结束前，必须对整个项目包括设备进行一次检测，均能达到采购参数及相关要求。所需费用包含在报价中。

5.4 供应商保证货物年开机率 $\geq 95\%$ （365天/年计算），若开机率 $< 95\%$ ，则按照延误时间延长保修期。其停机耽误的时间为顺延质保期的时间（即停机延误1天，则质保期顺延1天）。

5.5 维修响应速度：响应时间 ≤ 60 分钟，2个小时内作出维修方案决定。

5.6 供应商有售后服务团队，能够提供全面、专业、及时的售后服务。

5.7 质保期满后，供应商应上门维修，在采购人确认相关维修价格后，维修按“先维修后付款”的方式进行；若设备出现需要更换零配件或备件的情况，在经采购人确认后，供应商提供的零配件或备件不得高于市场价格，不得收取除零配（备件）件之外的其他费用（如维修人员的差旅费、补助费、技术服务费、开机费、维修费等）

5.8 供应商提供货物硬件支持下的软件升级。

5.9 质保期内供应商负责设备维护、维修及抢修等，所需费用包含在投标总价中。

注：1. 本章除明确为实质性要求外，其余参数若有负偏离仅作扣分处理。2. 本章标注▲号参数为重要参数，若有负偏离仅作扣分处理。3. 实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。

第六章 评审办法

1. 总则

1.1 参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合紧急采购和采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审委员会按照紧急采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

1.4.1 熟悉和理解紧急采购文件；

1.4.2 审查供应商响应文件等是否满足紧急采购文件要求，并作出评价；

1.4.3 根据需要要求采购单位对紧急采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

1.4.4 推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.4.5 起草评审报告并进行签署；

1.4.6 向采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.4.7 法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

2. 评审方法

本项目评审方法为：综合评分法。评审委员会推荐 1-3 名成交候选人。

综合评分明细表

序号	评分因素	权重	评分标准	说明	备注
1	报价	30%	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足紧急采购文件要求且报价价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价 / 报价) × 100 × 权重	/	价格类
2	技术及其他要求	60%	完全满足技术商务指标和履约主要条款与紧急采购文件的得 60 分，要求里有负偏离的，带▲号的重要参数有负偏离的每一项扣 5 分，其他一般参数有负偏离的每一项扣 2 分，扣完为止。	以响应文件对紧急采购文件第五章要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准）	技术类
4	售后服务方案	10%	供应商提供的售后服务方案包括但不限于：1、售后服务措施；2、质量保证期限；3、培训方案；4、紧急响应方案；5、售后服务保障方案等内容进行综合评审，完全满足紧急采购文件的得 10 分。上述内容每有一项内容缺项扣 2 分，上述内容每有一处内容瑕疵的扣 1 分，每一项最多扣 2 分，扣完为止。	根据响应文件进行评审	其他类

			注：瑕疵是指内容非专门针对本项目编制不适用项目实际情况、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。		
--	--	--	---	--	--

四川五洲招标代理有限公司
 SICHUAN WUZHOU BIDDING AGENCY CO., LTD

第七章 紧急采购合同（草案）

（以下仅为范本格式，具体内容成交供应商与采购人按紧急采购文件、响应文件等相关内容、要求拟定）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《紧急采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格 型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即 RMB¥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 天内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

交货地点：甲方指定地点

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方紧急采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

五、付款方式

1. 签订合同后支付合同金额的____%，验收合格后支付合同金额的____%。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之____的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之____/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之____的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交

付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之___/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之___的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之___的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之___向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方两份、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：
代表）：

法定代表人/单位负责人（授权

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

注：其他合同专用条款在合同签订时另行约定。