

沙河医院五官科设备采购项目

比选文件

采购人（盖章）：北京市昌平区沙河医院

采购代理机构：北京博招致远工程管理有限公司

日 期：2023 年 2 月

目 录

第一章 采购公告及须知

第二章 采购需求

第三章 合同条款

第四章 比选申请文件及格式

第五章 评审办法

第一章 采购公告及须知

一、采购公告

项目概况

沙河医院五官科设备采购项目采购项目的潜在供应商应在(北京市昌平区科技园区超前路6号403室)获取采购文件,并于2023年2月13日14点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: BZZY-202300401

项目名称: 沙河医院五官科设备采购项目

采购方式: 比选

预算金额: 约13.5万元

最高限价: /

采购需求: 拟选一家供应商,负责沙河医院五官科设备采购项目(详见比选文件)。

合同履行期限: 合同签订之日起30日历天完成供货安装及验收工作。

本项目(是/否)接受联合体: 否

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求: /

3、本项目的特定资格要求:

3.1 具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上公司不得同时对同一项目竞标,否则其响应文件将被拒绝;

3.2 若投标人为所投产品的生产企业,须提供《医疗器械生产企业许可证》;若投标人为所投产品的经销商,须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械备案表。

三、获取采购文件

时间: 2023年2月8日至2023年2月10日,每天上午9时30分至11时

30 分，下午 13 时 30 分至 17 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 403 室

方式：现场获取，持授权委托书原件、被授权代表人身份证复印件、营业执照复印件（复印件盖章）

售价：300 元人民币

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 2 月 13 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 403 室

五、开启

时间：2023 年 2 月 13 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 403 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告发布媒介：中国政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市昌平区沙河医院

地 址：昌平区沙河镇扶京门路 22 号

联系方式：吴老师、010-69731335

2. 采购代理机构信息

名 称：北京博招致远工程管理有限公司

地 址：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 416 室

联系方式：15601341815

3. 项目联系方式

项目联系人：王涛

电 话：15601341815

邮 箱：313974742@qq.com

二、采购须知

1、采购基本情况表

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称及 项目编号	项目名称：沙河医院五官科设备采购项目 项目编号：BZZY-202300401
2	项目实施地点	北京市昌平区沙河医院
3	采购需求	详见第二章采购需求
4	项目预算及 最高限价	13.5 万元
5	项目周期	合同签订之日起 30 日历天完成供货安装及验收工作
6	质量要求	合格
7	踏勘现场	不组织
8	资格要求	1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2) 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上公司不得同时对同一包投标，否则其响应文件将被拒绝； 3) 若投标人为所投产品的生产企业，须提供《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为所投产品的经销商，须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械备案表。
9	比选申请文件 组成	详见第四章要求
10	比选申请文件份 数及电子版要求	一正一副、一份电子版（word 版本），密封，装订成一册
11	定标原则	综合评分法

12	合同形式	/
13	比选申请文件提交地点及截止时间	收件人：北京博招致远工程管理有限公司 地 点：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 403 会议室 采购截止时间： <u>2023</u> 年 <u>2</u> 月 <u>13</u> 日 <u>14</u> 时 <u>00</u> 分。
14	招标代理服务费	采购代理服务费 2000 元人民币及评审专家费（以实际支付为准），由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。
15	联系方式	1.采购人信息 名 称：北京市昌平区沙河医院 地 址：昌平区沙河镇扶京门路 22 号 联系方式：吴老师、010-69731335 2.采购代理机构信息 名 称：北京博招致远工程管理有限公司 地 址：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 416 室 联系方式：15601341815

第二章 采购需求

纤维鼻咽喉镜技术参数（数量：1）

1、预期用途：本产品供床对人体鼻腔、咽喉内腔病变的检查用

2、产品特点

2.1 常规检查诊断型，明亮的观察图像，便于诊断。

2.2 大于直径 2.2mm 的畅通活检管道

2.3 轻巧，插入顺滑的全防水设计

3、主要技术参数

3.1. 视场角：90°直视

3.2. 分辨率：4.42 lp/mm

3.3. 景深：3mm~50mm

3.4 照度：≥14500lx

3.5.像 纤:进口像纤，无连续黑点

3.6.目镜:40 倍率放大新型自镜

3.7.接 口:可兼容所有品牌的摄像系统

3.8.工作长度：≥365mm

3.9.先端部外径：≤4.8mm

3.10.插入部外径：≤4.9mm

3.11.钳道孔径：≥2.2mm

3.12.弯曲角度：上：≥130° 下：≥130°

3.13.吸引功能：吸引按钮，吸引量：≥320 mL/min

3.14 防进液等级:IPX7(全防水)

3.15.防电击类型:BF 型

耳鼻喉科检查治疗台技术参数（数量：1）

1. 结构组成

不锈钢台面主机 1 台、弯头喷枪 1 支、直头喷枪 2 支、吸枪 1 支、吹枪 1 支、除雾装置 1 套、射灯及支架 1 套、内置托盘 1 个、 $\Phi 80$ 棉球缸 2 个、药水瓶 6 个、观片灯 1 个、摄像机 1 台、冷光源 1 台、监视器 1 台、耳镜 1 支。

2. 正常工作条件

2.1 环境温度： $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；

2.2 相对湿度： $30\% \sim 75\%$ ；

2.3 大气压力： $700\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$ ；

2.4 电源：电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 22\text{V}$ ，频率 $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ 。

3. 基本参数及性能要求

3.1 正压泵： $2.5\text{Kg}/\text{cm}^2$ 采用无油压缩机，体积小、噪音低。

3.2 负压泵： 740mmHg （max）。

3.3 喷枪、吹枪压力：正压 $0.1 \sim 0.15\text{Mpa}$ 可调，压力精度为 $\pm 0.025\text{ Mpa}$ 。

3.4 吸枪压力：负压 $0 \sim 0.07\text{Mpa}$ 可调，压力精度为 $\pm 0.025\text{ Mpa}$ 。

3.5 射灯及支架

3.5.1 射灯照度 $\geq 1 \times 10^4\text{ Lux}$ ；

3.5.2 射灯支架：能够 180° 旋转，高低可调，无明显晃动。

3.6 除雾装置：有温控保护装置，将开关置于热风档，通电能够正常出风。

3.7 内置紫外线消毒：在电压 220V 时，在室温为 $20 \sim 25^{\circ}\text{C}$ 的情况下， 253.7nm 紫外线辐射强度（垂直 1m 处）应 $\geq 70\text{ }\mu\text{W}/\text{cm}^2$

3.8 托盘：容积 $\geq 1500\text{cm}^3$ 。

3.9 棉球缸：不锈钢材质，口径 $\Phi \geq 70$ 。

3.10 台面尺寸： $1530 \times 650 \times 870$ 。

3.11 台面材质：不锈钢台面，耐用，易打理。

4. 摄像机参数

1、影像传感器：SONY SUPER HAD CCD

- 2、输出像素: PAL:960H
- 3、同步系统: 内同步
- 4、水平清晰度: >700TVL
- 5、视频输出: CVBS×2, 1.0V_{p-p}, 75Ω
- 6、信噪比: >52dB
- 7、伽玛修正: 0.45
- 8、白平衡: 自动锁定白平衡
- 9、电子快门: 1/50~1/100000 秒连续
- 10、最低照度: 0.5lux~F2.0
- 11、遥控控制: 摄像头具有锁定白平衡

5.19 吋监视器参数

- 1、尺寸比 5: 4
- 2、点距: 0.294mm×0.294mm
- 3、分辨率: 1280×1024
- 4、色度: 16.7M
- 5、亮度: 400cd/m²
- 6、对比度: 1400: 1
- 7、响应时间: 5ms
- 8、可视角度: 178° (H) ×178° (V) HDMI
- 9、输入信号: VGA、CVBS、USB、DVI、3G-SDI/HD-SDI无
- 10、输出信号: CVBS
- 11、电源: AC100~240V 50/60HZ
- 12、功率: 40VA

6. LED 冷光源参数

- 1、显色指数：医用冷光源具有良好的显色性，显色指数应不小于 90。
- 2、色温：医用冷光源色温应在 3000K~7000K 范围内。
- 红绿蓝光的辐通量比：用于摄像系统的冷光源，对应摄像系统光谱响应的匹配关系。
- 3、以 515nm~545nm 波长范围的绿光辐通量 Φ_{eg} 为基准。630nm~660nm 波长范围的红光辐通量 Φ_{er} 与 Φ_{eg} 比值为 0.8, 允差 $\pm 20\%$; 435nm~465nm 波长范围的蓝光辐通量 Φ_{eb} 与 Φ_{eg} 比值为 1.4, 允差 $\pm 20\%$ 。
- 4、红外截止性能：医用冷光源在 300nm~1700nm 波长范围内的辐通量和光通量比值应不大于 6mW/lm。
- 5、光照均匀性：医用冷光源在参考窗口的照度均匀度为0.4，实测值应不大于标称值的1.05倍。
- 6、照度超限点：医用冷光源在参考窗口的照度超限点数应不大于2。
- 7、输出总光通量：冷光源输出总光通量的标称值450lm。允差-10%上限不计。
- 8、机械接口规格： $\Phi 10$ 允差： $\pm 1\text{mm}$
- 9、构成和防故障的安全措施：灯泡寿命 ≥ 6000 小时，采用灯泡寿命指示

7. 观片灯

- 1、观片灯的色温应 $\geq 6500\text{K}$;
- 2、观片灯的亮度 $\geq 2000\text{cd/m}^2$ 。
- 3、接通电源后，观片装置应在10s内发光，且无闪烁现象，无异常响声，无明显的延迟现象。
- 4、观片灯上的照片夹应光滑无毛刺，夹片牢固且插取方便、灵活，有适宜的弹性（不掉片），不得划伤照片。

8. 内窥镜参数

- 1、内窥镜成像应清晰，视场边缘应圆整，在视场内不得有影响观察的划痕、麻点及附着物。耳镜规格为 $\Phi 2.7 \times 110\text{mm}$ 。
- 2、内窥镜密封良好，经密封试验后，无模糊等异常现象。
- 3、内窥镜外表应光滑，应无毛刺、碰伤、划痕。
- 4、内窥镜各连接部件应牢固可靠。
- 5、内窥镜在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。

听力计技术参数（数量：1）

一、 操作模式：

单机操作、电脑操作、Hybrid 模式（混合操作）；

二、 工作站：

1. 电脑：品牌电脑，英特尔 I3、I5 或以上 CPU， windows7、windows10 操作系统均可；
2. 打印机：品牌打印机；

三、 软件要求：

1. 数据库软件：数据格式：XML；
2. 可与听力计、眼震视图仪、脑干诱发电位仪等其他设备使用同一数据库，数据存储、共享，组成听力诊断系统；
3. 数据库：兼容 NOAH、EMR 系统，可通过网络实时传输；接入 HIS 系统；
4. 主机及数据库软件均为全中文操作界面；

四、 测试要求：

1. 测试频率：
 - 1) 气导：125-8000Hz；
 - 2) 骨导：250-8000Hz；
2. 输出声强：
 - 1) 气导：-10 到 120 dB HL，1、2 或 5dB 步进；
 - 2) 骨导：-10 到 80 dB HL，1、2 或 5dB 步进；
3. 输入信号：纯音、啜音、NB、CD1、CD2、麦克 1、麦克 2、波形文件；
4. 掩蔽刺激声：窄带噪声、白噪音、言语噪声；
5. 输出方式：
 - 1) 气导左+右，骨导左+右，插入式耳机左+右，插入式掩蔽，FF1+FF2；
 - 2) 纯音发放： 手动或反向，单脉冲或多脉冲；
6. 频率选择：可自由取消 125Hz、250Hz、750Hz、1500Hz 或 8000Hz；
7. 言语测试：内置言语词表，硬盘言语；
8. 患者通讯：授话和回讲；
9. 监听：通过内置扬声器或外置耳机或扬声器监听；

10. 存储功能：设备内存可存储 ≥ 500 个患者或 ≥ 5 万个测试程序；
11. 数据同步：双向数据传输，设备与计算机之间可同步患者信息和测试数据；
12. 主机显示屏 ≥ 5.5 英寸高分辨彩色显示屏，分辨率：640480；
13. 给声功能：触摸键给声 ；
14. 接口功能：
 - 1) 主机有多个 USB 接口可直接与电脑连接进行操作及上、下传波形文件；
 - 2) 具有以太网接口可供网络升级；
15. 打印功能：需具备两种或两种以上打印方式：
 - 1) 通过主机 USB 口连接打印机直接打印；
 - 2) 通过连接计算机再进行打印；
16. 打印报告：可自定义打印报告，可与声阻抗等检查报告合并打印。

第三章 合同条款

(最终以甲方审核为准，下述格式仅供参考)

合同编号：

采购合同

项目名称：_____

货物名称：_____

买 方：_____

卖 方：_____

签署日期：_____年____月____日

合同书

签订地点：北京

_____（买方）在_____（项目名称）中
所需_____（货物名称）经过议价确定_____（卖方）
为供应方，买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1. 下列文件构成本合同的组成部分，认为是一个整体，彼此相互补充，相互解释。双方对下列文件中所述内容认可并遵守，如有违反应承担法律责任。

1) 本合同书 2) 合同附件

附件 1—货物配置清单 附件 2—售后服务承诺书

2. 本合同货物：

序号	产品名称	生产厂家	规格型号	数量	单价	总价
合同 总价	人民币 元整 小写（¥ .00 ）					

本合同价款为固定不变价，该合同成交价格包括上述设备的价款、安装调试、搬运、验收、检验、包装、税费以及培训、质保期保障及保修期内维修等履行本合同的全部费用。

3. 付款方式和条件：

合同签订生效 5 日内，买方向卖方支付全部货款的 90%；医疗仪器

设备安装、调试、验收合格且完成培训后 10 日内，买方支付卖方全部货款的 5%。剩余全部货款的 5%，作为质保金，验收合格一年后且无质量问题情况下，买方一次性无息返还质保金。如买方财政资金拨款延迟导致买方未能按照以上约定及时付款，不视为买方违约，卖方同意并认可不予追究买延迟付款的责任。

1) 货款支付方式: 不限于支票、电汇

2) 卖方的账户信息如下:

户 名:

开户行:

账 号:

行 号:

3) 买方每次付款前,卖方均应向买方开具符合买方财务要求的等额正式发票, 否则买方有权延迟付款且不承担延迟付款的任何责任。

4) 买方的开票信息如下:

单位名称:

纳税人识别号:

开户行及名称:

地址和电话:

电话: _____

4. 交货期: _____ 年 _____ 月 _____ 日前

5. 货物送达地址:

6. 货物质保期及保修期为_____年(如产品说明书等资料显示的质保期比此约定长的,按照产品说明书等资料承诺的质保期执行)。质保期起算日自设备安装调试合格后第二日起算。

7. 交货方式：卖方送货上门，并负责搬运。

8. 包装及运费：符合货物运输的相关国际惯例及货物的使用目的，卖方承担包装费及运费，货物运输的风险由卖方承担。包装物符合 ISO14000 环境管理体系要求且不回收。

9. 货物质量标准

1) 卖方应当提供证明文件或其他证明方式确保本合同项下的货物应当符合中华人民共和国及行业的安全质量标准及法律、法令规定的标准，且符合本合同货物生产国的质量标准。

2) 卖方所提供的合同货物应当是全新的商品，合同货物的任何装置、零部件、附属设备均不得有使用、维修的历史。

10. 卖方应当提供其所能获得的本合同货物的各类技术资料，包括但不限于中文使用说明、产品宣传资料、技术说明资料、操作手册。

11. 合同生效后，因生产厂商发出调整、补充说明、警告、召回产品声明时，卖方应立即通知买方，并提供包括联系厂商、与厂商协调沟通、提供技术服务、提供技术资料、协助产品召回或修理的服务。

12. 验收标准及验收程序

1) 合同货物到货前，卖方应通知买方进行交货准备。

2) 合同货物到货后，买卖双方应当共同在场进行合同货物的数量清点，由卖方负责进行设备的安装、调试，直至所有设备正常运行。

3) 买卖双方应当自清点、安装、调试设备、试运行正常完成后，签署清点单及验收单。

13. 培训和技术指导

卖方向买方提供合同货物的培训计划内容包括但不限于如下内容：

- 1) 卖方在设备到货前应当向买方提供设备操作的基本培训，并提供必要的操作手册供买方人员学习。
- 2) 卖方在货物到货调试、测试、试运行及买方正式使用时，应向买方提供必要的现场操作培训和指导，培训次数不限。
- 3) 卖方应承担培训所产生的各项费用。

14. 违约责任

- 1) 卖方逾期交货的，则每逾期一天按合同总价的千分之一支付违约金，逾期 10 天仍未交付合格货物的，买方有权单方解除本合同。
- 2) 卖方交付的货物数量、名称、型号、品牌、产地不符合买方要求，买方有权拒绝接受货物。
- 3) 如卖方在搬运、安装调试过程中造成买卖双方或第三方人身财产遭受损害的，由卖方承担全部责任，同时买方有权视具体情况选择解除本合同。
- 4) 卖方应保证货物质量符合标准，如买方在使用设备时因设备质量问题造成买卖双方任何一方或第三方人员伤亡或财产损失的，均由卖方承担全部赔偿责任，同时买方有权解除合同。
- 5) 本合同约定的解除事由出现，买方通知卖方后，合同解除。合同解除后，卖方需退回已收货款，并自行将货物运回，所发生费用由卖方自行承担，若卖方在收到买方解除通知后 15 日内未将货物运回，视为卖方同意买方自行处理，所发生的费用和损失由卖方承担，合同解除后卖方仍然需按照本合同规定承担相应的违约责任。

15. 不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力

事件发生后取得公证机关的证明文件，证明发生不可抗力事件以致不能履行或不能全部履行本合同，且应当在事件发生后 30 个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分违约责任。

16. 保密义务

双方均应对在履行本合同过程中所知悉的对方信息进行保密，未经另一方同意，任何一方均不得将对方信息或本合同相关信息泄露或用于履行本合同以外目的，保密自合同生效之日起，保密期限为永久。

17. 本合同一式 陆 份，买方执 肆 份，卖方执 贰 份

本合同自双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效，具有同样的法律效力。

18. 合同未尽事宜，双方本着互谅互利的原则协商解决，如协商不成，双方可向买方所在地人民法院提起诉讼。

买方名称：_____ 卖方名称：_____

(盖章)

(盖章)

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

或授权代表(签字)：_____或授权代表(签字)：_____

_____ 年_____ 月_____ 日

_____ 年_____ 月_____ 日

第四章 比选申请文件及格式

（一）报价函

致：_____

经现场考察并仔细研究了《_____比选文件》和补充文件（如有）的各项条款后，我方愿以人民币_____元人民币（大写：_____）的投标价格，并严格按照合同条款以及其它合同文件约定，完成合同规定的全部服务工作。

1. 我方对贵司比选申请文件中提出的合同条款已研究明了，并完全同意。

2. 我方同意在比选申请文件约定的投标有效期限（90 天）之内，本比选申请文件将始终对我方具有约束力，并可随时被贵司接受。

3. 我方知道并同意，如果接到拟合作通知书后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵司有权另选其他合作单位。

4. 我方知道并同意贵司向我方发出的关于比选申请文件的修改通知内容。

5. 我方理解并接受贵司可能对采购范围重新进行标段划分。

6. 我方保证在此次采购期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年 月 日

报价函附表

项目名称	
比选申请人名称	
投标报价	
项目周期	
备注	

（二）法人代表授权书

（如法定代表人亲自签字参加比选，则不需此件）

法人代表授权书

北京市昌平区沙河医院：

_____（比选申请人名称）的法定代表人_____授权 _____（授权代表姓名）为授权代表，参加贵处组织的_____项目（项目编号：_____）比选活动，全权处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

比选申请人名称（加盖公章）

日期：

授权代表签字：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：授权代表身份证复印件（加盖公章）

（三）比选申请人基本情况表

比选申请人全称			
主要业务范围			
法定代表人姓名		职 务	
比选申请人地址		邮政编码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
比选申请人组织机构简介：			

注：后附营业执照或其他证明文件等相关扫描件

(四) 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书编号	拟在本工程中 担任的工作或岗位

附件 4.1 项目负责人

应附执业资格证书、身份证等。

附件 4.2 其他项目管理人员

（五）近三年类似项目业绩

近三年类似项目业绩

内容	项目名称		
	**项目	**项目	**项目
采购人			
项目名称			
项目规模			
合同金额（元）			
项目周期			

注：提供合同扫描件

（六）供应商资格声明书（实质性格式）

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目比选中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

（七） 服务方案

根据评分标准自拟

（八）中标服务费承诺书

致：北京博招致远工程管理有限公司

若我们在贵公司组织的_____项目采购中若获得中标，我们保证在领取中标通知书时按照采购文件的规定，向贵单位即北京博招致远工程管理有限公司（地址：北京市昌平区科技园区超前路 6 号 416 室），一次性支付中标服务费。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

邮编：

电话：

传真：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：

第五章 评审办法

符合性评审记录表

项目名称：

序号	评审因素	评审标准	供应商名称及评审意见						
1	供应商名称	与营业执照或其他证明文件一致							
2	报价函签字盖章	有供应商授权代表签字或盖章和加盖单位章							
3	报价唯一	只能有一个有效报价							
4	供应商的投标报价未超出最高限价；								
5	响应文件未附有采购人不能接受的条件；								
6	没有不符合比选文件中规定的其他实质性要求；								
7	没有出现法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购中同时投标的情况；								
符合性评审结论： 通过符合性评审标注为√；未通过符合性评审标注为×									

评标委员会全体成员签字：

日期： 年 月 日

资格评审记录表

项目名称：

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	供应商名称及评审意见						
1	营业执照或其他证明文件	具备有效的营业执照或其他证明文件	具备有效的营业执照或其他证明文件复印件加盖公章							
2	供应商资格声明书	提供了符合比选文件要求的《供应商资格声明书》。	格式见《响应文件格式》							
3	供应商资格证明文件	若投标人为所投产品的生产企业，须提供《医疗器械生产企业许可证》；若投标人为所投产品的经销商，须提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械备案表。	生产企业提供《医疗器械生产企业许可证》；经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械备案表。							

序号	评审因素	评审标准	有效的证明材料	供应商名称及评审意见						
4	信用记录查询	未被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图	评审当日代理机构提供的“信用中国”网站及中国政府采购网已公布的信用记录查询结果截图							
资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×										

评标委员会全体成员签字：

日期： 年 月 日

本项目评标采用综合评分法。总分 100 分，其中包括价格部分 10 分，商务部分 30 分，技术部分 60 分。评标委员会个人评分分值精确到小数点后一位；评标委员会平均评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

评审项目		评分标准及分值	供应商名称及得分		
投标报价 (10 分)	投标报价部分 (10 分)	满足比选文件要求的有效投标报价，最低报价为基准价格。 价格分= (评标基准价 / 投标报价) × 10 (保留小数点后两位数)			
商务部分 (30 分)	业绩证明 (20 分)	具有类似业绩, 每项得 5 分，最高得 20 分；			
	工作人员安排、组织 (10 分)	项目工作人员安排计划是否合理，组织管理体系是否科学等情况综合评比；优得 8-10 分；良得 5-7 分；中得 3-4 分；差得 1-2 分；			
技术部分 (60 分)	整体服务方案 (20)	服务方案合理、全面、详尽、针对性强得 15-20 分 服务方案较合理、较全面、较详尽得 8-14 分 服务方案欠合理、粗糙得 0-7 分			
	售后服务方案 (10 分)	服务方案合理、全面、详尽、针对性强得 8-10 分 服务方案较合理、较全面、较详尽得 5-7 分 服务方案欠合理、粗糙得 0-4 分			
	供货安装服务方案 (15 分)	服务方案合理、全面、详尽、针对性强得 11-15 分 服务方案较合理、较全面、较详尽得			

		6-10 分 服务方案欠合理、粗糙得 0-5 分			
	进度计划 服务方案 (15 分)	服务方案合理、全面、详尽、针对性强 得 11-15 分 服务方案较合理、较全面、较详尽得 6-10 分 服务方案欠合理、粗糙得 0-5 分			

1、供应商在提供业绩证明时必须提供证明其真实性的合同复印件（必须包括合同首页、含有项目名称的页面以及签章页）

2、投标报价得分

满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分（10 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×10

项目评标过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、得分保留两位小数。

4、投标报价不得高于采购预算和最高投标限价，高于则为废标